

广东省生态环境厅

粤环审〔2019〕448号

广东省生态环境厅关于广东长水消防科技有限公司核技术利用项目环境影响报告表的批复

广东长水消防科技有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为 GZHP-201901）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用项目位于广州市增城区新塘镇上邵村富岭东路 22 号。项目内容为：在公司 1 号厂房内建设 1 间屏蔽铅房和配套设施，在该铅房内安装使用 1 套 XYG-22508/3 型定向型 X 射线探伤机（最大管电压为 225 千伏，最大管电流为 8 毫安，属 II 类射线装置）用于压力容器（含气瓶）质量检测，探伤类型属于探伤室探伤。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员年有效剂量约束值低于 5 毫希沃特/年，公众年有效剂量约束值低于 0.25 毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序申领辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。



广东省生态环境厅
2019年8月26日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局，省环境辐射监测中心，四川省中楨环保科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室

2019年8月26日印发
