

# 广东省生态环境厅

粤环审〔2019〕477号

---

## 广东省生态环境厅关于高勋绿色智能装备 （佛山）有限公司工业 X 射线探伤项目 环境影响报告表的批复

高勋绿色智能装备（佛山）有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号 19DLFSHP033）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位位于佛山市高明区更合镇长岗路 15 号。本项目内容为：在公司 2 号厂房东侧建设 2 间探伤室，在探伤室内使用 X

射线探伤机（共 5 台，其中 3 台为 XXG-2505 型定向探伤机，每台最大管电压为 250 千伏，最大管电流为 5 毫安；1 台为 XXH-2505 型周向探伤机，最大管电压 250 千伏，最大管电流 5 毫安；1 台为 XXH-3005 型周向探伤机，最大管电压 300 千伏，最大管电流 5 毫安。均属 II 类射线装置）对钢铁材料和焊缝缺陷进行探伤检测。探伤类型为探伤室探伤，探伤室仅限单台射线装置操作。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，加强日常监测，确保辐射工作人员年有效剂量约束值低于 5 毫希沃特/年，公众年有效剂量约束值低于 0.25 毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序向我厅申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由佛山市生态环境局

负责。



广东省生态环境厅  
2019年10月15日

公开方式：主动公开

---

抄送：佛山市生态环境局，省环境辐射监测中心，广东智环创新环境  
科技有限公司。

---

广东省生态环境厅办公室

2019年10月15日印发

---