

广东省生态环境厅

粤环审〔2020〕254号

广东省生态环境厅关于广州皇家丽肿瘤医院有限公司 核技术利用扩建项目环境影响报告表的批复

广州皇家丽肿瘤医院有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为 20DLFSHP002）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广州市黄埔区中新知识城九龙大道中广州皇家丽肿瘤医院内。项目内容为：在医院主体大楼负一层北部设置核医学科开展 PET/CT 放射诊断项目。在核医学科建设非密封放射性物质工作场所，包括 1 间 PET/CT 机房、

注射后休息室、注射室、分装室等功能用房，在该 PET/CT 机房内新增安装使用 1 台 PET/CT 机（属Ⅲ类射线装置），使用放射性核素氟-18 开展核素显像诊断，配套使用 2 枚锞-68 校准源用于设备校准，均属 V 类放射源。该核医学科辐射工作场所属于乙级非密封放射性物质工作场所。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员年有效剂量约束值低于 5 毫希沃特/年，公众年有效剂量约束值低于 0.25 毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2020 年 10 月 26 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局，省环境辐射监测中心，广东智环创新环境
科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室

2020年10月26日印发
