

# 广东省生态环境厅

粤环函〔2021〕454号

## 广东省生态环境厅关于韶赣高速梅岭收费站 绿通快检系统迁建项目环境影响报告表 有关问题的函

广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号 HP-2021-031）收悉。经审查，该项目及报告表存在以下主要问题：

一、报告表对绿色通道快速检测系统 X 射线主射方向选取合理性论证不足，环境质量现状监测布点未覆盖主要环境保护目标，辐射工作人员配备情况与原项目依托关系未描述清楚。

二、对原有核技术利用项目回顾性分析不足：许可情况描述不全，个人剂量管理未进行评价，辐射监测开展情况以及辐射事故应急预案等辐射安全管理制度执行情况的说明不够全面。

三、类比对象选择合理性分析不足。

鉴于上述问题，请你单位理清核技术利用项目情况并修改完

善报告表后，按照规定程序重新报我厅审批。

广东省生态环境厅

2021年7月8日

公开方式：依申请公开

抄送：韶关市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，核工业二三〇  
研究所。