

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕46号

广东省生态环境厅关于斯伦贝谢中国海洋 服务公司核技术利用扩建项目 环境影响报告表的批复

斯伦贝谢中国海洋服务公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为 GDHL-2021-H012）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广东省惠州市惠阳区大亚湾石化大道滨海12路九号中海油能源发展惠州物流基地（二期项目）W12仓库内。项目内容为：在W12仓库内对原已许可的

放射源测井仪（内含（镅-241）/铍、铯-137、氡等 60 枚Ⅲ、Ⅳ类放射源）开展现场仪器刻度和泄漏检测，仪器刻度和泄漏检测在同一场所分时进行，每次操作 1 台放射源测井仪（每台放射源测井仪含不超过 2 枚放射源）。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员年有效剂量约束值低于 5 毫希沃特，公众年有效剂量约束值低于 0.25 毫希沃特。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由惠州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022 年 3 月 3 日

公开方式：主动公开

抄送：惠州市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广东核力工程
勘察院。

广东省生态环境厅办公室

2022年3月3日印发
